Barcode Scanner

Abbildung	Bezeichnung	Anbindung	Art. Nr.	
	Barcode Scanner Halter	Inkl. Adapter zur Aufnahme an den CIM Wandkanal (kompatibel mit GCX)	Z-BCS-4Z.1	~~MD~~

Allgemeine Hinweise

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung
Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind CE gekennzeichnet. Als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 entsprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von ihrer Version nicht für unsere Produkte.

MD Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist vorhanden.

~~MD~~ Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung
Alle CIM Tragarme haben ab Lieferdatum eine 5-jährige Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit.